

## ZKUŠEBNÍ PROTOKOL o analytickém rozboru vína č. 211/2017

Zadavatel: **PATRIA Kobylí a.s.**  
Jméno, příjmení, titul: **Marcel Lanžhotský**  
Ulice a číslo: **Kobylí 716**  
Obec a PSČ: **691 10 Kobylí**

IČ: **25532359**

Pozn.:

Druh vína: **RV PS**  
Odebral: **zadavatel**  
Datum přijetí vzorku **10.2.2017**

Ročník: **2016**

Číslo šarže: **207-16**  
Velikost šarže v l: **5 850**

Datum ukončení: **10.2.2017**

### Výsledky rozborů:

|                                   | Hodnota     | Jednotka | Nejistota | A/N | Metoda/kód                                         |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------|
| Skutečný obsah alkoholu           | 12,28       | obj. %   | 0,26      | A   | SOP 06<br>(OIV-MA-AS312-01A)                       |
| Celkový obsah alkoholu            | 12,78       | obj. %   | 0,26      | A   | SOP 06<br>(OIV-MA-AS312-01A)                       |
| Obsah bezcukerného extraktu       | 20,3        | g/l      | 0,36      | A   | SOP 08<br>(OIV MA AS2-01A, OIV-MA-AS2-03B)         |
| Obsah těkavých kyselin            | 4,5         | meq/l    | 0,32      | A   | SOP 02<br>(OIV-MA-AS313-02)                        |
| Volný SO <sub>2</sub>             | 34          | mg/l     | 4         | A   | SOP 04<br>(OIV-MA-AS323-04A)                       |
| Celkový obsah SO <sub>2</sub>     | 98          | mg/l     | 4         | A   | SOP 04<br>(OIV-MA-AS323-04A)                       |
| Redukující látky                  | neprováděno | g/l      | -         | -   | -                                                  |
| Cukr (fruktóza+glukóza)           | 8,4         | g/l      | 0,32      | A   | SOP 03<br>(OIV-OENO-391-2010, návod firmy OENOLAB) |
| Celkový obsah kyselin             | 6,2         | g/l      | 0,04      | A   | SOP 05<br>(OIV-MA-AS313-01)                        |
| Sacharóza                         | <0,28       | g/l      | 0,28      | A   | SOP 03<br>(OIV-OENO-391-2010, návod firmy OENOLAB) |
| Hustota relativní                 | 0,99499     |          | 0,00010   | A   | SOP 08<br>(OIV MA AS2-01A, OIV-MA-AS2-03B)         |
| Přetlak                           | neprováděno | MPa      | -         | -   | -                                                  |
| Cukr (fruktóza+glukóza+sacharóza) | neprováděno | g/l      | -         | -   | -                                                  |

Ve sloupci A/N znamená: A = metoda akreditovaná, N = metoda neakreditovaná, S = subdodávka.

### Prohlášení laboratoře:

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře AV-TL reprodukován jinak než celý.

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k = 2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %.

Datum vystavení: 10.2.2017

Zkušební technik:  
Zodpovědný pracovník:  
(funkce, razítko, podpis)

Ing. Tereza Machalínková  
Ing. Tereza Machalínková  
- zástupce manažera AV-TL