

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM PEZINOK

Vinársky závod Pezinok, s.r.o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok

Osvedčenie o akreditácii č. S 053

Telefón 033/6906 211, 6906 226 e mail: zguzelova@mvppezinok.sk Fax: 033/6906 333

Por. č. vzorky: 54

Dátum vydania protokolu o skúške: 25.1.2012

Č. rozboru: 78 s

Počet listov: 1



Protokol o skúškach č. 0085 / 2012

Zákazník:	VÍNO – MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica
Druh vzorky:	víno s chráneným označením pôvodu, akostné víno s prívlastkom, červené suché
Označenie:	DUNAJ bobuľový výber L12 roč.2011 1093 / 12
Výrobca:	VÍNO – MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica
Balenie:	1x 0,75 l sklo nádoba: nerez Množstvo: 1200 l
Predmet skúšky:	celková analýza Dátum vykonania skúšky: 23.1.2012
Vzorka doručená:	19.1.2012 Vzorku odobral: Borský - ÚKSÚP

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie:		Stanovená hodnota:	Neistota merania:	Použitá metóda:	Typ skúšky A,N,D
Hustota pri 20 °C	(kg.m ⁻³):	992,9	2,6 %	STN 56 0216-3	A
Alkohol	(%obj.):	15,37	1,5 %	STN 56 0216-30	A
Extrakt	(g.l ⁻¹):	32,7	2,6 %	STN 56 0216-9	A
Cukor	(g.l ⁻¹):	1,8	6,7 %	STN 56 0216-44	A
Extrakt bez cukru	(g.l ⁻¹):	30,9	2,6 %	STN 56 0216-9	A
Kyseliny celkové	(g.l ⁻¹):	4,8	1,4 %	STN 56 0216-33	A
Kyseliny prchavé	(g.l ⁻¹):	0,47	8,6 %	STN 56 0216-36	A
SO ₂ voľný:	(mg.l ⁻¹):	36	6,6 %	STN 56 0216-47	A
SO ₂ celkový:	(mg.l ⁻¹):	41	3,3 %	STN 56 0216-48	A
Kys. sorbová:	(mg.l ⁻¹):	-	6,4 %	STN 56 0216-10	A
Fe	(mg.l ⁻¹):	-	-		N
SO ₂ voľný po odpočte red. látok	(mg.l ⁻¹):	-	-		N
Tepelný test:	-	-	-		N
Potenciálny obsah alkoholu	(%obj.):	-	-	výpočet	
Celkový obsah alkoholu	(%obj.):	-	-	výpočet	

A - skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom laboratóriu

N - skúška neakreditovaná, D - skúška vykonaná dodávateľsky

Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek. Vzorky boli predložené podľa zákona 313/2009 § 26 ods. 9 a doručené na skúšanie. Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukováný jedine celý a to iba s písomným súhlasom SL.

Za správnosť zodpovedá: **Prochádzková A.**, manažér kvality SL
Schválil: **Ing. Guželová Z.** vedúca skúšobného laboratória

