



Unimpex Bratislava, s.r.o
Laboratórium Unimpex
Horné Predmestie 3
900 21 Svätý Jur
+421 907 978 219
E-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com



PROTOKOL O SKÚŠKE č. 0819/12/2019

Proceedings of examination No.

Zákazník, adresa zákazníka/*Name and adress*: VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, Trnava 91 701
Predmet skúšania/*Object of examination*: víno
Identifikácia vzorky (odroda, šarža,)/*Identification*: Cabernet Sauvignon 2017, akostné víno odrodové s prívlastkom výber z hrozna, červené, dávka L-25, 7185 l, ÚKSÚP č.: 12430
Dátum prijatia vzorky: 19.08.2019
Postupy odberu: Vzorku odobral zákazník (N)
Dátum ukončenia analytických skúšok/*Date of examination*: 26.08.2019

Výsledky/ Results

Skúška	Výsledky <i>Results</i>	Jednotky <i>Units</i>	Použitá metóda <i>Method of analysis</i>	U [%] <i>Uncertainty</i>	Akreditácia <i>A/N</i>
Objemový obsah alkoholu/ <i>Actual alcoholic strength</i>	13,72	[%]	OIV-MA-AS312-01A	7	A
Relatívna hustota/ <i>Density</i>	0,9953	[g/cm ³]	OIV-AS2-01 A : R2012	1	A
Prchavé kyseliny/ <i>Volatile acidity</i>	0,68	[g/l]	OIV-MA-AS313-02	8	A
Celkové kyseliny/ <i>Total acidity</i>	5,57	[g/l]	OIV-MA-AS313-01	3	A
SO ₂ voľný/ <i>Free sulphur dioxide</i>	17	[mg/l]	OIV-MA-AS323-04B	9	A
SO ₂ celkový/ <i>Total sulphur dioxide</i>	80	[mg/l]	OIV-MA-AS323-04B	9	A
Celkové cukry (sacharóza+glukóza+fruktóza)/ <i>Total sugar : saccharose+glucose+fructose</i>	2,34	[g/l]	OIV-MA-AS-311-02: R 2009 OIV-MA-AS-311-08: R 2006	9	A
Celkový extrakt/ <i>Total extract</i>	38,8	[g/l]	NK EHS 2676/90	9	A
Bezucukorný extrakt/ <i>Sugar free extract</i>	36,5	[g/l]	NK EHS 2676/90	9	A
Kyselina sorbová /sorbic acid	<0,2	[mg/l]	OIV-MA-AS313-014A	18	A

A – akreditovaná metóda, N – neakreditovaná metóda, U – rozšírená neistota (k=2) v %, ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Výsledky analýzy sa vzťahujú len ku skúšaným vzorkám
Tento protokol bol vydaný v troch origináloch a môže byť reprodukovateľný len v celku, čiastočné výsledky sú reprodukovateľné len so súhlasom laboratória Unimpex Bratislava s.r.o

Počet strán: 1/1

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov

Protokol vyhotovil:

Dátum: 27.08.2019

Ing. Andrea Černáková
manažér kvality laboratória



Preskúmal a schválil:

Dátum: 27.08.2019

Ing. Katarína Macková
zástupca vedúcej laboratória